

**Diff. A + B + C**

Liège, le 01 mars 1999.

Annexe : 1

**CIRCULAIRE 42-0-99-42**

**OBJET** : Laboratoires d'essais - Liste des laboratoires agréés - Complément.

La circulaire 42-0-91-2 est complétée en ce qui concerne le laboratoire suivant :

**514-B/53-1 : ISSeP à 4000 Liège.**

La liste des essais faisant l'objet de l'agrément est donnée en annexe.

Le Secrétaire général,

F. HAMBYE.

## Annexe à la circulaire 42-0-99-42

Référence : **514-B/53-1**

Laboratoire : **ISSeP**  
**Institut Scientifique de Service Public**  
rue du Chera 200  
4000 LIEGE  
Tél. : 04/252.71.50  
Fax : 04/252.46.65

Réf.	Description des essais
------	------------------------

### **23.00.00. CATEGORIE XXIII : ESSAIS DE REACTION AU FEU**

#### **23.30.00. CATEGORIE XXIII-C : ESSAIS SUR CABLES**

23.30.01. Essai des câbles non propagateurs de l'incendie

- suivant CEI 332-3 (éd. 2 de 1992)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a) câbles en nappe        | catégorie CF<br>catégorie BF<br>catégorie AF |
| b) câbles en nappe en PVC | catégorie CF<br>catégorie BF<br>catégorie AF |

- suivant NBN C 30-004 (éd. 2 de 1991)

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a) câbles en nappe        | catégorie F2 |
| b) câbles en nappe en PVC | catégorie F2 |

#### **23.40.00. CATEGORIE XXIII-D : ESSAIS DE FUMÉES**

23.40.01. Mesure de la densité de fumée dégagée (chambre 27 m<sup>3</sup>)  
CEI 1034-1/2 (éd. 1 de 1997)

23.40.02. Mesure de la densité spécifique des fumées (chambre NBS)

- suivant ASTM E 662 de 1993
- suivant NF X 10-702/1-5 de 1994
- classement F suivant NF F 16-101 (1988)

23.40.03. Analyse des gaz de pyrolyse (test au four tubulaire)  
suivant NF X 70-100 de 1986

